

TEILNAHMEZERTIFIKAT

DRRR-Ringversuch zur Eignungsprüfung

Der Teilnehmer

Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH
Marschnerstr. 39
1307 Dresden
Germany

Kundennummer: 12339

Laborcode-Nummer: 1

erhält bei oben genanntem quantitativem
Ringversuch folgende Gesamtbewertung:

großer Erfolg

Die Auswertung zum oben genannten Ringversuch ist in dem entsprechenden
Bericht dokumentiert.

Kempten, 25.09.2020



Thorsten Helbig

Beurteilung:

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten
Ergebnisse kleiner als 2 oder gleich 2 ist,
und die einzelnen z'-score kleiner als 2
oder gleich 2 sind, erhalten Sie die
Bewertung: „großer Erfolg“

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten
Ergebnisse kleiner als 2 oder gleich 2 ist,
und einzelne z'-score größer als 2 sind,
erhalten Sie die Bewertung: „Erfolg“

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten
Ergebnisse größer als 2 ist, erhalten Sie
die Bewertung: „teilgenommen“

RVEP 200182 Biegeversuch ISO 178
(E-Modul, Festigkeit, Dehnung)



Ihre Laborleistung (quantitativ) in der Übersicht bezogen auf die Bezugsmethode(n)

Für Ihr Unternehmen

Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH

ZUSAMMENFASSUNG

Kundennummer: 12339
 Laborcode-Nummer: 1
 Anzahl gewerteter z'-score: 8
 Anzahl z'-score > 2: 0

Beurteilung:

Wenn der mittlere z'-score eines Parameters kleiner als 2 oder gleich 2 ist, erhalten Sie die Bewertung:
 „Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.“

Wenn der mittlere z'-score eines Parameters kleiner als 2 oder gleich 2 ist, jedoch mindestens ein einzelner z'-score größer 2, erhalten Sie die Bewertung:
 „Sie haben eine gute Leistung gezeigt. Im Einzelfall ist jedoch die gezeigte Leistung noch verbesserungsfähig.“

Wenn der mittlere z'-score eines Parameters größer als 2 ist, erhalten Sie die Bewertung:
 „Es ist erkennbar Verbesserungspotential vorhanden.“

| Parameter | Anzahl gewerteter z'-score: | Anzahl z'-score > 2: | Mittelwert z'-score: | Gesamtbeurteilung: |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Biege-E-Modul | 2 | 0 | 0,78 | Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand. |
| Spannung (konv. Biegung) | 2 | 0 | 0,62 | Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand. |
| Biegefestigkeit | 2 | 0 | 1,14 | Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand. |
| Dehnung bei Biegefestigkeit | 2 | 0 | 0,89 | Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand. |

Bei dieser Übersicht werden Ihre z'-score von jedem Parameter zusammengefasst. Die z'-scores beziehen sich dabei auf die Bezugsmethode(n). Eine Leistungsübersicht für jede verwendete Methode wird in der Routine nicht erstellt. Im Einzelfall können wir für Sie jedoch eine methodenbezogene Leistungsübersicht und ein Zertifikat erstellen.