

TEILNAHMEZERTIFIKAT

Ringversuch zur Eignungsprüfung

RVEP 16140 Dichte
ISO 1183-1

Der Teilnehmer

Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH
Marschnerstr. 39
01307 Dresden
GERMANY

hat an oben genanntem Ringversuch mit der
Laborcode-Nummer: **372**

mit großem Erfolg

teilgenommen.

Detaillierte Informationen finden Sie in dem entsprechenden Abschlußbericht.

Lüdenscheid, 16. September 2016



Thorsten Helbig, M.Eng.

Beurteilung:

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse kleiner als 2 oder gleich 2 ist, und die einzelnen z'-score kleiner als 2 oder gleich 2 sind, erhalten Sie die Bewertung: „...**mit großem Erfolg teilgenommen**“

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse kleiner als 2 oder gleich 2 ist, und einzelne z'-score größer als 2 sind, erhalten Sie die Bewertung: „...**mit Erfolg teilgenommen**“

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse größer als 2 ist, erhalten Sie die Bewertung: „...**teilgenommen**“

RVEP 16140 Dichte ISO 1183-1

Ihre Laborleistung in der Übersicht bezogen auf die Referenzmethoden

Bei dieser Übersicht werden Ihre z'-score von jedem Parameter zusammengefasst.
Die z'-scores beziehen sich dabei auf die Referenzmethode. *

** Sollten Sie nicht die Referenzmethoden genutzt haben, können die Ergebnisse möglicherweise unangemessen streng ausfallen. Eine Leistungsübersicht für jede verwendete Methode wird in der Routine nicht erstellt. Im Einzelfall können wir für Sie jedoch eine methodenbezogene Leistungsübersicht und ein Zertifikat erstellen. Sprechen Sie uns einfach an!*

Für Ihr Unternehmen **Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH**
mit der Kundennummer **227540** und der Laborcode–Nummer **372**

Parameter	Anzahl gewerteter z'-scores	Mittelwert z'-score	Anzahl z'-scores > 2	Gesamtbeurteilung
				<p>Wenn der mittlere z'-score eines Parameters kleiner als 2 oder gleich 2 ist, erhalten Sie die Bewertung: <i>„Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.“</i></p> <p>Wenn der mittlere z'-score eines Parameters kleiner als 2 oder gleich 2 ist, jedoch mindestens ein einzelner z'-score größer 2, erhalten Sie die Bewertung: <i>„Sie haben eine gute Leistung gezeigt. Im Einzelfall ist jedoch die gezeigte Leistung noch verbesserungsfähig.“</i></p> <p>Wenn der mittlere z'-score eines Parameters größer als 2 ist, erhalten Sie die Bewertung: <i>„Es ist erkennbar Verbesserungspotential vorhanden.“</i></p>
Dichte	2	1,04	0	Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.
ZUSAMMENFASSUNG				
	2	1,04	0	Sie haben eine sehr gute Gesamtleistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.

Die Auswertung zum obengenannten Ringversuch ist in dem entsprechenden Bericht dokumentiert.

TEILNAHMEZERTIFIKAT

Ringversuch zur Eignungsprüfung

RVEP 16177 Biegeversuch an Polyamid 6 und 6.6
ISO 178

Der Teilnehmer

Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH
Marschnerstr. 39
01307 Dresden
GERMANY

hat an oben genanntem Ringversuch mit der
Laborcode-Nummer: **372**

mit großem Erfolg

teilgenommen.

Detaillierte Informationen finden Sie in dem entsprechenden Abschlußbericht.

Lüdenscheid, 16. September 2016



Thorsten Helbig, M.Eng.

Beurteilung:

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse kleiner als 2 oder gleich 2 ist, und die einzelnen z'-score kleiner als 2 oder gleich 2 sind, erhalten Sie die Bewertung: „...**mit großem Erfolg teilgenommen**“

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse kleiner als 2 oder gleich 2 ist, und einzelne z'-score größer als 2 sind, erhalten Sie die Bewertung: „...**mit Erfolg teilgenommen**“

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse größer als 2 ist, erhalten Sie die Bewertung: „...**teilgenommen**“

RVEP 16177 Biegeversuch an Polyamid 6 und 6.6 ISO 178

Ihre Laborleistung in der Übersicht bezogen auf die Referenzmethoden

Bei dieser Übersicht werden Ihre z'-score von jedem Parameter zusammengefasst.
Die z'-scores beziehen sich dabei auf die Referenzmethode. *

** Sollten Sie nicht die Referenzmethoden genutzt haben, können die Ergebnisse möglicherweise unangemessen streng ausfallen. Eine Leistungsübersicht für jede verwendete Methode wird in der Routine nicht erstellt. Im Einzelfall können wir für Sie jedoch eine methodenbezogene Leistungsübersicht und ein Zertifikat erstellen. Sprechen Sie uns einfach an!*

Für Ihr Unternehmen **Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH**
mit der Kundennummer **227540** und der Laborcode-Nummer **372**

Parameter	Anzahl gewerteter z'-scores	Mittelwert z'-score	Anzahl z'-scores > 2	Gesamtbeurteilung
				Wenn der mittlere z'-score eines Parameters kleiner als 2 oder gleich 2 ist, erhalten Sie die Bewertung: <i>„Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.“</i> Wenn der mittlere z'-score eines Parameters kleiner als 2 oder gleich 2 ist, jedoch mindestens ein einzelner z'-score größer 2, erhalten Sie die Bewertung: <i>„Sie haben eine gute Leistung gezeigt. Im Einzelfall ist jedoch die gezeigte Leistung noch verbesserungsfähig.“</i> Wenn der mittlere z'-score eines Parameters größer als 2 ist, erhalten Sie die Bewertung: <i>„Es ist erkennbar Verbesserungspotential vorhanden.“</i>
Biege-E-Modul	2	0,41	0	Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.
Biegefestigkeit	2	0,33	0	Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.
Dehnung bei Biegefestigkeit	2	1,00	0	Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.
ZUSAMMENFASSUNG				
	6	0,58	0	Sie haben eine sehr gute Gesamtleistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.

Die Auswertung zum obengenannten Ringversuch ist in dem entsprechenden Bericht dokumentiert.