

Übersicht

der Ergebnisse zum

Ringversuch 2014

Der Teilnehmer

Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH
Marschnerstr. 39
01307 Dresden

hat an der Ringversuchsserie 2014
unter der Labor-Nr. 262

mit großem Erfolg

teilgenommen

Detaillierte Informationen finden Sie in dem entsprechenden Abschlussbericht.

Lüdenscheid, 16. September 2014



Thorsten Helbig, M.Eng.
Projektleitung Ringversuche

Beurteilung:

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse kleiner als 2 ist, und die einzelnen z'-score kleiner als 2 sind, resultiert die Bewertung: **„...mit großem Erfolg teilgenommen“**

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse kleiner als 2 ist, und einzelne z'-score größer als 2 sind, resultiert die Bewertung: **„...mit Erfolg teilgenommen“**

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse größer als 2 ist, resultiert die Bewertung: **„...teilgenommen“**

Übersicht

der Ergebnisse zum

Ringversuch 2014

Ihre Laborleistung in der Übersicht:

Für Ihr Unternehmen **Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH**
mit der Labornummer **262**

Parameter bzw. Prüfverfahren	Prüfnorm	Anzahl gewerteter z'-scores	Mittelwert z'-score	Gesamtbeurteilung
Dichte	ISO 1183-1	2	0,83	mit großem Erfolg
Thermogravimetrische Analyse (TGA)	ISO 11358	2	0,82	mit großem Erfolg
Biegeeigenschaften (Composites)	ISO 14125	3	0,35	mit großem Erfolg
Zusammenfassung				
		7	0,62	mit großem Erfolg