

Übersicht

der Ergebnisse zum

Ringversuch 2015

Der Teilnehmer

Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH
Marschnerstr. 39
01307 Dresden
GERMANY

hat an der Ringversuchsserie 2015
unter der Labor-Nr. 354

mit großem Erfolg

teilgenommen

Detaillierte Informationen finden Sie in dem entsprechenden Abschlussbericht.

Lüdenscheid, 15. September 2015



Thorsten Helbig, M.Eng.
Projektleitung Ringversuche

Beurteilung:

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse kleiner als 2 ist, und die einzelnen z'-score kleiner als 2 sind, resultiert die Bewertung: **„...mit großem Erfolg teilgenommen“**

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse kleiner als 2 ist, und einzelne z'-score größer als 2 sind, resultiert die Bewertung: **„...mit Erfolg teilgenommen“**

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse größer als 2 ist, resultiert die Bewertung: **„...teilgenommen“**

Übersicht

der Ergebnisse zum

Ringversuch 2015

Ihre Laborleistung in der Übersicht:

Für Ihr Unternehmen **Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH**
mit der Labornummer **354**

Parameter bzw. Prüfverfahren	Prüfnorm	Anzahl gewerteter z'-scores	Mittelwert z'-score	Gesamtbeurteilung
RVEP 15141 Glührückstand	ISO 1172	2	0,35	mit großem Erfolg
RVEP 15334 Faserverstärkte Kunststoffe: Zugeigenschaften	ISO 527-1/-4	3	0,68	mit großem Erfolg
Zusammenfassung				
		5	0,55	mit großem Erfolg